



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Campus Porto Alegre

Resposta à solicitação de esclarecimentos n° 02 - Pregão n° 15/2022

Questionamento (recebido via e-mail):

1. Referente ao item 78 - FOTÔMETRO MEDIDOR DIGITAL DE CLORO LIVRE, será aceito equipamento com alimentação 4 pilhas AA em substituição da bateria 9V?

Esclarecimento: O descritivo publicado não prevê esta opção, logo, não será aceito equipamento com alimentação diferente do estabelecido no descritivo do item no Termo de Referência.

Porto Alegre/RS, 18 de agosto de 2022.

Equipe de Planejamento da Contratação
Portaria PROAD/IFRS nº 66/2022